molten®
From the Inside Out

レスポ取扱説明書

●ネイビー／品番:MRSPNV
●オレンジ／品番:MRSPOR

注意事項

●車いすを片足で操作して使用する場合、モジュール型（座面の高さ調整が可能なタイプ）をご使用ください。
●置き方には向きがありますので、正しい向きにセットしてご使用ください。
●サイズの合わない車いすで使用しないでください。横ずれや変形などが発生する恐れがあります。
●使用可能な体重は150kgの方までですが、車いすの耐荷重設定もご確認ください。
●気温の低い場所に保管すると硬くなる場合があります。使用する室内に保管することをお薦めします。
●火気のそばで使用したり、保管はしないでください。
●直射日光の当たる場所や、湿気の多い場所には保管しないでください。
●製品を折り曲げたり、落下させたりしないでください。

設置方法

●クッションを置きます

カバーのタグが背中側に向くように置いてください。





分解・組み立て方法

●部位の説明



●分解方法



①製品を裏返して置き、ファスナーを開きます。



②黄色いベースクッションを取り出します。



③続けて、カバーと特殊流動体バッグを結んでいる固定ヒモをほどきます。（6ヶ所）



④緑色の特殊流動体バッグを取り出します。

分解・組み立て方法

●組み立て方法



①緑色の特殊流動体バッグの『FRONT』という文字が奥になるよう裏返して入れます。
※凹凸がある面を下にして入れます。



②緑色の特殊流動体バッグの穴にカバーの固定ヒモを結びます。



③黄色いベースクッションの『FRONT』という文字が奥になるよう裏返して入れます。



④ファスナーを閉じてファスナーの取っ手をポケットに収めます。



ファスナーのポケット

お手入れ方法

ⓘこの絵表示は、必ず実行していただく「強制」の意味です。

●洗　浄

クッションをカバー、特殊流動体バッグ、ベースクッションに分解します。

[カバー]
ⓘカバーは洗濯可能です。(家庭用洗剤をご使用ください)
ⓘ40℃以下で洗濯してください。急に水温を変えると縮む場合があります。
ⓘ漂白剤は色落ちする場合があります。
ⓘドライクリーニングはしないでください。

[特殊流動体バッグ]
ⓘバッグはアルコールなどで清拭してください。
ⓘ汚れがひどい場合、40℃以下のぬるま湯に浸け置きしてください。
ⓘよく乾燥させてからセットしてください。
ⓘ有機溶剤、酸性洗剤は劣化する恐れがありますので使用しないでください。
ⓘ硬いブラシなどでこすらないでください。

[ベースクッション]
ⓘクッションはアルコールなどを布にしみこませて清拭してください。直接吹きつけないでください。
ⓘよく乾燥させてからセットしてください。
ⓘ有機溶剤、酸性洗剤は劣化する恐れがありますので使用しないでください。
ⓘ硬いブラシなどでこすらないでください。



●消　毒

[カバー]
ⓘカバーはアルコールなどを噴霧してください。
ⓘ次亜塩素酸ナトリウムなどを使用する場合、色落ちする恐れがありますので、使用方法などをよく確認してご使用ください。

[特殊流動体バッグ、ベースクッション]
ⓘ特殊流動体バッグ、ベースクッションはアルコールなどで清拭してください。
ⓘ次亜塩素酸ナトリウムなどを使用する場合、使用方法などをよく確認してご使用ください。
ⓘ熱消毒は60℃×1時間程度にしてください。これ以上の温度にすると、素材の劣化などの恐れがあります。
ⓘガス消毒は、一般的な種類と方法であれば問題ありません。



仕 様

レスポ　品番　MRSPNV(ネイビー)／MRSPOR(オレンジ)

●サイズ：38.5×38.5×8.5cm　●素　材：クッション材=特殊流動体
●重　量：2.8kg　　ベースクッション=ウレタンフォーム
●カラー：ネイビー／オレンジ　　ベースプレート=発泡ポリエチレン
　　カバー表面=ポリエステル
　　カバー裏面=ナイロン(滑り止め加工)

■1年保証(カバー除く)

開発・製造元

※健康用品事業本部にて取得しています。

株式会社 モルテン
健康用品事業本部
www.molten.co.jp/health
東京　札幌　仙台　名古屋　大阪　広島　福岡
製品他、各種お問い合せは
〒739-1794　広島市安佐北区口田南2-18-12
TEL.082-842-9975
FAX0120-769-123
E-mail:health@molten.co.jp

2015.10